SONEL S.A.
Laboratorium Badawczo-Wzorcujące
ul. Wokulskiego 11
58-100 ŚWIDNICA
tel. 74 85 838 00, e-mail: laboratorium@sonel.pl

Laboratorium wzorcujące akredytowane przez
Polskie Centrum Akredytacji, sygnatariusz porozumień EA MLA i ILAC MRA dotyczących
wzajemnego uznawania świadectw wzorcowania.
Nr akredytacji AP 173

AP 173

ŚWIADECTWO WZORCOWANIA

Data wydania: 28 września 2018 r. **Nr świadectwa:** 193294/18

OBIEKT WZORCOWANIA Miernik parametrów sieci energetycznych
typ: MPI-510, nr fabryczny: 360029/04, producent: SONEL S.A.

ZGŁASZAJĄCY GURGUL S.C. Wynajem Maszyn Budowlanych
ul. Dworcowa 4, 41-400 Mysłowice

METODA WZORCOWANIA Wg IW01 "Wzorcowanie mierników cyfrowych" wyd. 2.0 z dnia 27 sierpnia 2018 r. - FP94/IW01/S12 z dnia 14 czerwca 2017 r.

WARUNKI ŚRODOWISKOWE Temperatura otoczenia: (24,4 ÷ 25,8) °C
Wilgotność względna powietrza: (38,1 ÷ 39,2) %.

DATA WYKONANIA WZORCOWANIA 28 września 2018 r.

SPÓJNOŚĆ POMIAROWA Świadectwo jest wydane w ramach porozumienia EA MLA w zakresie wzorcowania i potwierdza spójność wyników pomiarów z jednostkami miar Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI).

WYNIKI WZORCOWANIA Podano na stronach od 2/7 do 7/7 niniejszego świadectwa wraz z wartościami niepewności pomiaru. Punkty pomiarowe poza zakresem akredytacji oznaczono #.

NIEPEWNOŚĆ POMIARU Niepewność pomiaru została określona zgodnie z dokumentem EA-4/02 M:2013. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 % i współczynniku rozszerzenia $k = 2$.

SONEL S.A.
Laboratorium Badawczo-Wzorcujące
KIEROWNIK LABORATORIUM
Edyta Grabacka

Niniejsze świadectwo może być okazywane lub kopiowane tylko w całości.